

Convênio SICONV nº 848452/2017

Edital de Seleção nº 0002/2018

Objeto I: Monitor Multiparâmetro (3 unidades);

Objeto II: Bisturi Elétrico (1 unidade);

Objeto III: Máquina unitarizadora de medicamento (1 unidade);

Objeto IV: Microscópio cirúrgico (1 unidade).

Resultado de Seleção nº 0002/2018

Referente ao processo de Seleção nº 0002/2018 – Aquisição de Monitor Multiparâmetro, Bisturi Elétrico, Máquina unitarizadora de medicamento e Microscópio cirúrgico, informamos que o prazo para recebimento das propostas se deu das 09h do dia 01/10/2018 às 17h do dia 22/10/2018. Obtivemos participação das seguintes empresas: Mhédica Service Comércio Ltda, Pro-life Equipamentos Médicos Ltda, Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A, Philips Medical Systems Ltda, Samtronic Ind. e Com Ltda, Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, Medcir Cirúrgica Ltda, Procimed Hospitalar e Científica Ltda, Vitae Tecnologia e Medicina Ltda, Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda, EL-Roi Medical Solutions Ind. Com. De Equipamentos, LLO Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas Ltda EPP, Mea Modul Ltda EPP, Avns Eventos para Saúde Ltda. Assim, após análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte resultado para os itens colacionados:

Item: Monitor Multiparâmetro

Quantidade: 3 (três) unidades

Menor valor unitário cotado: R\$ 7.829,00

Fornecedor: Mhédica Service Comércio Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 9.800,00

Fornecedor: Pro-life Equipamentos Médicos Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 10.613,10

Fornecedor: Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 11.600,00

Fornecedor: Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A

Quinto menor valor unitário cotado: R\$ 12.758,25

Fornecedor: Philips Medical Systems Ltda

Sexto menor valor unitário cotado: R\$ 12.850,00

Fornecedor: Samtronic Ind. e Com Ltda

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor Mhédica Service Comércio Ltda apresentou o menor valor cotado, todavia, em sua proposta há a disposição de apenas 1 (um) canal simultâneo de temperatura, quando no edital - Anexo I, consta a previsão de 2 (dois) canais

simultâneos. Assim, em consonância com o Edital de Seleção 0002/2018, especificamente no que refere-se ao item 9.8, solicitamos à Mhédica Service Comércio Ltda a apresentação de uma nova proposta, caso haja interesse em readequar, no prazo de 2 (dois) dias úteis da presente publicação.

Item: Bisturi Elétrico

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 16.540,00

Fornecedor: Medcir Cirúrgica Ltda

Segundo valor unitário cotado: R\$ 24.840,00

Fornecedor: Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

Terceiro valor unitário cotado: R\$ 44.116,00

Fornecedor: Procimed Hospitalar e Científica Ltda

Quarto valor unitário cotado: R\$ 47.000,00

Fornecedor: Vitae Tecnologia e Medicina Ltda

Quinto valor unitário cotado: R\$ 53.233,00

Fornecedor: Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor Medcir Cirúrgica Ltda não atende os requisitos do Anexo I, por não constar na proposta a potência mínima de 120 watts para coagulação, com modos de operação de dissecação, fulguração alta e baixa e spray, para modo monopolar.

Já o fornecedor Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, não atende aos requisitos do Anexo I, em especial: Para uso em cirurgias de pequeno, médio e grande porte, além das especialidades com tecidos delicados como neurocirurgia, cardiologia e oncologia; Potência de no mínimo 120 watts para coagulação, com modos de operação dissecação, fulguração alta e baixa e spray, para o modo monopolar (não está descrito na proposta e também não foi encontrado no manual registrado na Anvisa Fulguração alta e baixa); Potência de até 70 watts no modo bipolar, com modos de operação bipolar, microbipolar e macrobipolar; Saídas monopolares independentes que permitam operação simultânea de dois cirurgiões; Ajuste automático a corrente e voltagem de saída em função da impedância tecidual detectada no eletrodo ativo com resposta instantânea à variação. Garantir taxa de eficiência de potência superior a 90%; Equipamento com proteção de líquidos.

Por fim, o fornecedor Procimed Hospitalar e Científica Ltda atende a todos os requisitos do Anexo I. Assim, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna adjudica/homologa este item.

Item: Microscópio Cirúrgico

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 159.900,00

Fornecedor: LLO Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 189.000,00

Fornecedor: EL-Roi Medical Solutions Ind. Com. De Equipamentos

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor LLO Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, com a menor cotação, não atende os requisitos do Anexo I, conforme:

- Estativa de solo com sistema de bloqueio eletromagnético em todos os movimentos;
- Braço articulado contrabalanceado;
- Sistema zoom motorizado com fator 1:6
- Sistema de objetiva variável (distância de trabalho) motorizado sem troca de objetivas, bloqueio eletromagnético em todos os eixos, diafragma de campo luminoso e controle nas mãos para zoom, distância de trabalho e desbloqueio dos movimentos;
- Condutor de fibra ótica 2,5m;
- Tubo binocular com variação de 0 a 180 graus F-170mm;
- 02 oculares 12,5x de encaixe de campo amplo;
- Sistema de iluminação por fibra ótica com lâmpada xênon ou led, lâmpada reserva com sistema de troca rápida, permitindo a troca durante a cirurgia;
- Display integrado na estativa que permite visualização dos valores de aumento de zoom, distância de trabalho; intensidade luminosa, permitindo a verificação das configurações;
- Coobservação secundária (carona) que permite o uso lateral e frente à frente com inclinação e rotação de 360 graus nos 3 eixos, giro de imagem, tubo binocular reto F-170mm e Oculares 12,5x;
- Divisor de imagem 50%;
- Vídeo câmera colorida Full HD com resolução de 1920x1080 pixels com saída de sinal digital composto / BNC;
- Gravador de vídeo de alta definição Full HD;
- Monitor de vídeo tela plana 26" integrado na Estativa do Microscópio.

Já o fornecedor EL-Roi Medical Solutions Ind. Com. De Equipamentos não atende especificamente o seguinte item: Coobservação secundária (carona) que permite o uso lateral e frente à frente com inclinação e rotação de 360 graus nos 3 eixos, giro de imagem, tubo binocular reto F-170mm e Oculares 12,5x. Assim, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna concede o prazo de 2 (dois) dias úteis, da presente publicação, para que, caso haja interesse, os fornecedores retifiquem ou justifiquem os apontamentos.


Item: Máquina Unitarizadora de Medicamentos

Quantidade: 1 (uma) unidade

Fornecedores participantes: Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas Ltda EPP, Mea Modul Ltda EPP, Avns Eventos para Saúde Ltda

A Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna, com base no item 20.1 do Edital de Seleção 0002/2018, decide por revogar o presente item.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2018.


ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA

