

Convênio SICONV nº 848349/2017

Edital de Seleção nº 0007/2018

Objeto I: Aspirador de Secreção Elétrico Móvel (9 unidades);

Objeto II: Autoclave Vertical (1 unidade);

Objeto III: Citocentrífuga (1 unidade);

Objeto IV: Coagulometro (1 unidade);

Objeto V: Eletrocardiografo Computadorizado Portátil Multicanal (1 unidade);

Objeto VI: Microscopio Laboratorial (1 unidade);

Objeto VII: Placa Refrigerada (1 unidade);

Objeto VIII: Ultrasson Diagnostico – Cardio/Exames Avançados (Ecógrafo) (1 unidade).

Resultado de Seleção nº 0007/2018

Referente ao processo de Seleção nº 0007/2018 – Aquisição de Aspirador de Secreção Elétrico Móvel, Autoclave Vertical, Citocentrífuga, Coagulômetro, Eletrocardiógrafo Computadorizado, Microscópio Laboratorial, Placa Refrigerada e Ultrasson Diagnóstico, informamos que o prazo para recebimento das propostas se deu das 09h do dia 01/10/2018 às 17h do dia 22/10/2018. Obtivemos participação das seguintes empresas: Labscience de Minas Instrumentos Científicos Eireli, Datamed Ltda, Resende Diagnósticos Ltda, Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda, Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, Comércio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda, Sisnac Produtos para Saúde Ltda, Teb Tecnologia Eletrônica Ltda, Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda, Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, Comércio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda, Sisnac Produtos para Saúde Ltda, Teb Tecnologia Eletrônica Ltda, Carl Zeiss do Brasil Ltda, Dental Auta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médicos- Hospitalares Ltda e Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Assim, após análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte resultado para os itens colacionados:

Item I: Aspirador de Secreção Elétrico Móvel

Quantidade: 9 (nove) unidades

Não houve proposta para o item em referência. Assim, a Comissão de Licitação Permanente da Associação Mário Penna declara o fracasso deste item.

Item II: Autoclave Vertical

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 15.275,90

Fornecedor: Labscience de Minas Instrumentos Científicos Eireli



Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor Labscience de Minas Instrumentos Científicos Eireli não atende os requisitos do Anexo I. Assim, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna declara o fracasso deste item e recomenda a elaboração de novo edital para realização de novo Processo de Seleção.

Item III: Citocentrífuga

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 8.678,00

Fornecedor: Datamed Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 12.493,40

Fornecedor: Resende Diagnósticos Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 42.990,00

Fornecedor: Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor Datamed Ltda não atende os requisitos do Anexo I, em especial: Citocentrífuga de bancada; Tecla de impulso, para centrifugação rápida; Possibilidade de carregar e descarregar as amostras com facilidade e rapidez e sem contato com a amostra; Proteção do usuário contra o perigo de amostras patogênicas em aerossol; Desbloqueio de emergência da câmara; Capacidade: 12 amostras por rotor, com possibilidade de aumentar o número de amostras; Reconhecimento automático de rotor; Velocidade máxima: 2000 RPM; Duração do ciclo: máximo de 99 minutos; Volume máximo das amostras: 0,5 ml e funil de 6 ml; Sistema de placas de filtro monocamada; Gabinete fabricado em aço com pintura epóxi, resistente a temperaturas elevadas e agentes corrosivos; Câmara de centrifugação em aço inoxidável; Alarme de segurança para proteção dos operadores e amostras; Motor de indução; **Acessórios:** 01 rotor selado removível autoclavável com 12 posições, 12 citoclip de aço inox reutilizável e autoclavável, 12 citofunil simples com tampa reutilizável e autoclavável para volumes de amostras de até 0,5 ml, 01 caixa com 200 peças de papel filtro para citofunil simples. Também não atende o prazo de 24 meses de garantia.

Já a Resende Diagnósticos Ltda Após a análise das propostas, percebeu-se que não atende os requisitos do Anexo I, em especial: Citocentrífuga de bancada; Microprocessada; Display digital para introdução precisa, rápida e simples dos parâmetros; Tecla de impulso, para centrifugação rápida; Possibilidade de carregar e descarregar as amostras com facilidade e rapidez e sem contato com a amostra; Proteção do usuário contra o perigo de amostras patogênicas em aerossol; Tampa de segurança trancada e fechada durante a centrifugação; Desbloqueio de emergência da câmara; Capacidade: 12 amostras por rotor, com possibilidade de aumentar o número de amostras; Reconhecimento automático de rotor; Duração do ciclo: máximo de 99

minutos; Volume máximo das amostras: 0,5 ml e funil de 6 ml; Sistema de placas de filtro monocamada; Gabinete fabricado em aço com pintura epóxi, resistente a temperaturas elevadas e agentes corrosivos; Alarme de segurança para proteção dos operadores e amostras; Motor de indução; **Acessórios:** 01 rotor selado removível autoclavável com 12 posições, 12 citoclip de aço inox reutilizável e autoclavável, 12 citofunil simples com tampa reutilizável e autoclavável para volumes de amostras de até 0,5 ml, 01 caixa com 200 peças de papel filtro para citofunil simples. Também não atende o prazo de 24 meses de garantia.

Por fim, a Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda atende a todos os requisitos do Anexo I e possui garantia de 24 meses para o item. Todavia, em consonância com o Edital de Seleção 0007/2018, especificamente no que refere-se ao item 9.8, solicitamos à Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda a apresentação de uma nova proposta, atendendo o valor máximo da verba pública, liberada pelo Convênio SICONV 848349/2017, qual seja, o valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), caso haja interesse em readequar, no prazo de 2 (dois) dias úteis da presente publicação.

Item IV: Coagulômetro

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 8.817,20

Fornecedor: Resende Diagnósticos Ltda

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor Resende Diagnósticos Ltda não atende os requisitos do Anexo I, em especial: Coagulômetro monocanal, com sistema de detecção ótica por emissor LASER; Determinação de: TP, TTPA, trombina, fibrinogênio e fatores de coagulação; Deve fornecer os resultados de TP em tempo, atividade (%), INR e relação; Bloco térmico e cronômetro com alarme sonoro; O software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e fibrinogênio; Tipo de detector: sistema fotométrico com agitador magnético; Bloco termostaticado: em alumínio, com controle eletrônico de temperatura; Deve possuir memória para armazenamento de curvas de calibração de TP e fibrinogênio com até 10 diluições e impressora embutida no equipamento, bem como, não atende o prazo de garantia de 24 meses. Desse modo, o Comitê Permanente de Licitação da Associação Mário Penna declara o fracasso deste item e a orienta pela elaboração de novo edital para realização de novo Processo de Seleção.

Item V: Eletrocardiógrafo Computadorizado Portátil Multicanal

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 4.590,00

Fornecedor: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 5.420,00

Fornecedor: Comércio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 5.860,00

Fornecedor: Sisnac Produtos para Saúde Ltda

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 6.900,00

Fornecedor: Teb Tecnologia Eletrônica Ltda

Quinto menor valor unitário cotado: R\$ 8.462,00

Fornecedor: Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor Alfa Med Sistemas Médicos Ltda não atende os requisitos do Anexo I, em especial: ECG em papel milimetrado; Identificação automática de todas as derivações; Velocidade de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s; Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla, manual ou ritmo). Também não atende o prazo de garantia de 24 meses.

Já o fornecedor Comércio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda não atende os requisitos do Anexo I, em especial: ECG em papel milimetrado; Identificação automática de todas as derivações; Velocidade de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s; Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla, manual ou ritmo). Também não atende o prazo de garantia de 24 meses.

Por fim, o fornecedor Sisnac Produtos para Saúde Ltda atende a todos os requisitos do Anexo I e possui garantia de 24 meses para o item. Assim, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna declara a adjudicação/homologação deste item.

Item VI: Microscopio Laboratorial

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 7.500,00

Fornecedor: Carl Zeiss do Brasil Ltda

Segundo valor unitário cotado: R\$ 11.556,00

Fornecedor: Resende Diagnósticos Ltda

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor Carl Zeiss do Brasil Ltda atende os requisitos do edital. Desse modo, o Comitê Permanente de Licitação da Associação Mário Penna declara a adjudicação/homologação deste item.



Item VII: Placa Refrigerada

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 7.511,40

Fornecedor: Resende Diagnósticos Ltda

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor Resende Diagnósticos Ltda não atende prazo de garantia de 24 meses, bem como, não atende o valor máximo da verba pública, liberada pelo Convênio SICONV 848349/2017, qual seja, o valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seicentos reais). Todavia, em consonância com o Edital de Seleção 0007/2018, especificamente no que refere-se ao item 9.8, solicitamos à Resende Diagnósticos Ltda a apresentação de uma nova proposta, caso haja interesse em readequar, no prazo de 2 (dois) dias úteis da presente publicação. Diante da solicitação supramencionada, a Associação Mário Penna, aguarda a apresentação da proposta readequada.

Item VIII: Ultrasson Diagnostico – Cardio/Exames Avançados (Ecógrafo)

Quantidade: 1 (uma) unidade

Empresas participantes: Dental Auta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médicos- Hospitalares Ltda e Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.

Após a análise da proposta, percebeu-se que os fornecedores não apresentaram a descrição completa do produto ofertado (características técnicas, acessórios, opcionais inclusos..., em conformidade com o Anexo I). Nesse sentido, em consonância com o Edital de Seleção 0007/2018, especificamente no que refere-se ao item 9.8, solicitamos às empresas participantes a apresentação de uma nova proposta, caso haja interesse em readequar, no prazo de 2 (dois) dias úteis da presente publicação. Diante da solicitação supramencionada, a Associação Mário Penna, aguarda a apresentação da proposta readequada.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2018.


ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA

