

**Resultado de Seleção nº 0003/2018**

Referente ao processo de Seleção nº 0003/2018 – Aquisição de Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico, informamos que, por liberalidade da Associação Mário Penna, houve reabertura de prazo para que as empresas participantes retificassem ou justificassem os apontamentos efetuados no Resultado de Seleção nº 0003/2018, visando a escolha da oferta mais vantajosa para a contratação.

Nesse sentido, a Belmed Eletromedicina Ltda apresentou justificativa quanto à sua desclassificação técnica, sendo reprovada novamente pela Engenharia Clínica institucional, conforme:

\* Possuir entrada USB para transferência de dados

Resposta: não localizado no manual de usuário.

\* Compensação de vazamento em todos os modos

Resposta: Não atende em todos os modos, apenas em NIV-Ventilação não invasiva.

\* Ajuste de ciclagem expiratória automática ou ventilação proporcional em modo espontâneo

Resposta: Não comprovou no manual que faz ventilação proporcional, não possui modo avanço que permite a alteração da pressão de suporte conforme mecânica do paciente. Ciclagem expiratória automática, o ajuste do percentual da sensibilidade expiratória é fixo, 5 a 80% do pico de fluxo, não permite a mudança entre esses valores sem o ajuste manual do operador.

\* Alarme de fuga

Resposta: Não tem alarme específico de fuga, volume corrente baixo e volume minuto baixo não é alarme de fuga como solicitado.

OBS: as páginas discriminadas nos argumentos não correspondem aos itens citados no manual de operação C04010019\_000 datado setembro/2013.

**Demais empresas participantes não apresentaram retificação ou justificativa, no prazo estipulado.**

Desse modo, o Comitê de Licitação da Associação Mário Penna sugere o fracasso deste item e a elaboração de novo edital para realização de novo Processo de Seleção.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.



ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA