

- OBJETO I: CICLOERGÔMETRO 1 unidade**
OBJETO II: TENS E FES 2 unidades
OBJETO III: ASPIRADOR DE SECREÇÃO 6 unidades
OBJETO IV: BIOMBO TRIPLO 13 unidades
OBJETO V: CARDIOVERSOR 2 unidades
OBJETO VI: CISTOSCÓPIO 1 unidade

Resultado de Seleção nº 0007/2019

Referente ao processo de Seleção nº 0007/2019, informamos que o prazo para recebimento das propostas se deu das 09h do dia 28/06/2019 às 17h do dia 15/07/2019. Assim, após a análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte resultado para os itens colacionados:

Item: CICLOERGÔMETRO - Quantidade: 1 (uma) unidade
Primeiro menor valor unitário cotado: R\$ 3.600,00
Fornecedor: Portal Distribuidora Hospitalar Ltda
Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 4.800,00
Fornecedor: Pilarmed Eireli EPP

Com base no item 20.1 do edital em referência, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna informa que o item em referência foi revogado e em momento oportuno será aberto novo edital.

Item: TENS E FES - Quantidade: 2 (duas) unidades
Primeiro menor valor unitário cotado: R\$ 1.050,00
Fornecedor: Pilarmed Eireli EPP
Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 1.262,55
Fornecedor: Cirúrgica Parma Ltda
Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 1.890,00
Fornecedor: Portal Distribuidora Hospitalar Ltda


Alex Arantes Rodrigues
Controlador Geral
Instituto Mário Penna

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor **Pilarmed Eireli EPP**, pelo detalhamento apresentado, atende aos requisitos técnicos do edital, todavia, a equipe de Engenharia Clínica institucional não conhece o produto e a tecnologia utilizada. Nesse sentido, solicita, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da presente publicação, considerando a previsão do item 8.2 do Edital de Seleção 007/2019, que o fornecedor faça a demonstração ou promova a visita in loco para a tomada de decisão. A demonstração deverá ser agendada através do telefone (31) 3299-9920 ou 3299-9919.

Item: ASPIRADOR DE SECREÇÃO - Quantidade: 6 (seis) unidades
Primeiro menor valor unitário cotado: R\$ 3.021,76.
Fornecedor: Cirúrgica Parma Ltda
Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 4.150,00.
Fornecedor: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico Ltda
Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 6.947,00.


Marcos Antonio Teixeira
Gerente de Logística
Instituto Mário Penna


Helmo Souza Silva
Gerente de Manutenção Engenharia Clínica
Instituto Mário Penna

Alexandre Moraes da Oliveira
Controlador
Instituto Mário Penna

Fornecedor: Gigante Recém-Nascido Ltda

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 7.384,00.

Fornecedor: Datamed Ltda

Após a análise das propostas recebidas, verifica-se que o fornecedor **Cirúrgica Parma Ltda** não atende aos seguintes itens: faixa mínima para ajuste de pressão ajustada, indicação de funcionamento através de display digital, alarmes áudios visuais para frasco cheio, motor com blindagem de ruídos silenciosos, 02 frascos coletores inquebráveis e autoclaváveis em policarbonato resistente com capacidade mínima de 2,5 litros cada, graduado em alto relevo e portátil com calças, montando em móvel de estrutura metálica (pedestal); Já o fornecedor **KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico Ltda** não atende aos seguintes requisitos: indicação de funcionamento através de display digital, alarmes áudios visuais para frasco cheio, motor com blindagem de ruídos silenciosos, 02 frascos coletores inquebráveis e autoclaváveis em policarbonato resistente com capacidade mínima de 2,5 litros cada, graduado em alto relevo e alimentação elétrica bivolt; Ainda, o fornecedor **Gigante Recém-Nascido Ltda** não atende a indicação de funcionamento através de display digital e por fim, o fornecedor **Datamed Ltda** não atende a indicação de funcionamento através de display digital e alarmes áudios visuais para frasco cheio. **Assim, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna sugere o fracasso deste item.**

Item: BIOMBO TRIPLO - Quantidade: 13 (treze) unidades

Primeiro menor valor unitário cotado: R\$ 290,00.

Fornecedor: Pilarmed Eireli EPP

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 356,37.

Fornecedor: Cirúrgica Parma Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 390,00.

Fornecedor: Portal Distribuidora Hospitalar Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 390,00.

Fornecedor: DHC – Daniel Henrique Gozzo

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 470,00.


Fornecedor: Hospi Bio Ind. E Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Quinto menor valor unitário cotado: R\$ 590,00.

Fornecedor: Délcio Móveis Hospitares Ltda

Sexto menor valor unitário cotado: R\$ 600,00.

Fornecedor: MVM Móveis Hospitalares Ltda EPP


Alex Arenas Rodrigues
Controlador Geral
Instituto Mário Penna

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor **Pilarmed Eireli EPP** atendeu aos requisitos do edital. **Nesse sentido, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna recomenda a adjudicação/homologação deste item.**

Item: CARDIOVERSOR - Quantidade: 2 (duas) unidades

Primeiro menor valor unitário cotado: R\$ 17.398,50.

Fornecedor: NIHON KOHDEN do Brasil Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 17.800,00.

Fornecedor: Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 20.166,00.


Fornecedor: CMOS DRAKE do Nordeste SA

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 22.150,00.

Fornecedor: Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos Hospitalares S.A.


Marcos Antônio Teixeira
Gerente de Logística
Instituto Mário Penna


Ademar Souza Silva
Coordenador de Manutenção / Engenharia Clínica
Instituto Mário Penna


Jonathan Moraes de Oliveira
Controlador
Instituto Mário Penna

Após a análise das propostas recebidas, verifica-se que o fornecedor **NIHON KOHDEN do Brasil Ltda** não atende aos seguintes itens: Modo DEA (Desfibrilador automático externo), Descarga automática se não for descarregado pelo operador. Esta descarga deve ocorrer entre 30 e 90 segundos, Descarga automática se não for descarregado pelo operador. Esta descarga deve ocorrer entre 30 e 90 segundos, Indicação das frases: carregando, carregado, descarregado, desarmando, Alarmes: limites máximos e mínimos de frequência cardíaca e Alarme de baixa carga da bateria; Já o fornecedor **Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda** não atende os seguintes requisitos: Descarga automática se não for descarregado pelo operador. Esta descarga deve ocorrer entre 30 e 90 segundos, Descarga deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), Indicação das frases: carregando, carregado, descarregado, desarmando, Monitorização do nível de contato das pás no tórax do paciente através de mensagens no display, comando de voz ou nas pás ou diplay, Derivações: I, II, III, aVR, aVL, AVF e V, Alarmes: limites máximos e mínimos de frequência cardíaca, Impressão automática/manual com registro das ocorrências de cada disparo, após desfibrilação ou qualquer evento de alarme do ECG do paciente como: hora, data, nível de energia selecionada, frequência cardíaca, etc e alarme de baixa carga de bateria. Quanto ao fornecedor **CMOS DRAKE do Nordeste SA**, não atende aos seguintes requisitos: Velocidade para o traçado de curva de no mínimo 25 mm/s, Apresentação numérica de frequência cardíaca, Derivações: I, II, III, aVR, aVL, AVF e V, Alarmes: limites máximos e mínimos de frequência cardíaca, Impressão automática/manual com registro das ocorrências de cada disparo, após desfibrilação ou qualquer evento de alarme do ECG do paciente como: hora, data, nível de energia selecionada, frequência cardíaca, etc, Marca passo externo não invasivo: com modos de operação demanda e fixo, e deve ser fornecida todos os componentes e/ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento de equipamento. Por fim, o fornecedor **Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos Hospitalares S.A.** não atende aos seguintes requisitos: Descarga automática se não for descarregado pelo operador. Esta descarga deve ocorrer entre 30 e 90 segundos, Descarga deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), Indicação das frases: carregando, carregado, descarregado, desarmando, Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM, Alarmes: limites máximos e mínimos de frequência cardíaca, Impressão automática/manual com registro das ocorrências de cada disparo, após desfibrilação ou qualquer evento de alarme do ECG do paciente como: hora, data, nível de energia selecionada, frequência cardíaca, etc e Alarme de baixa carga da bateria. Assim, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna sugere o fracasso deste item.

Item: CISTOSCÓPIO - Quantidade: 1 (uma) unidade


Não houve propostas para o item em referência. Assim, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna declara o fracasso desse item.


Belo Horizonte, 30 de julho de 2019.



Alex Antônio Rodrigues
Controlador Geral
Instituto Mário Penna


ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA

Tatiane Pereira Canedo
OAB/MG 133.192
Instituto Mário Penna


Jonathan Moraes de Oliveira
Controlador
Instituto Mário Penna


Marcos Antônio Teixeira
Gerente de Logística
Instituto Mário Penna


Renato Souza Silva
Gerente de Manutenção / Engenharia Clínica
Instituto Mário Penna