



---

**ENC: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI N° 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)**

---

De Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

Data Qua, 10/12/2025 14:23

Para Aline Araujo Vasconcelos <aline.vasconcelos@strattner.com.br>

Cc Strattner - Licitações <licitacoes@strattner.com.br>; Juscilene Cordeiro da Rocha <juscilene.cordeiro@strattner.com.br>; Juliana Rezende de Almeida <juliana.rezende@strattner.com.br>; Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

Aline, boa tarde!!

Segue o retorno a cerca do pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

### Flávia Marinho Baldan

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

www.mariopenna.org.br



*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei N° 13.709, de 14 de agosto de 2018*

---

De: Glaucio de Oliveira Chaves <glaucio.chaves@mariopenna.org.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 14:08

Para: Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

Cc: Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Assunto:** RE: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Seguem as respostas em vermelho:

Prezados, bom dia.

Após análise do descritivo do Edital SEI nº 25.1.0000007-8/2025 – IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia), solicitamos o seguinte pedido de esclarecimento:

**Edital solicita:**

*"Permite a gravação de imagens e porta USB para transferência das mesmas."*

**Esclarecimento:**

Considerando a relevância da segurança, rastreabilidade e confiabilidade no processo de gravação de procedimentos cirúrgicos, solicitamos a inclusão de um item específico que trate da funcionalidade de gravação por meio de **gravador cirúrgico dedicado**. Embora a gravação direta via porta USB atenda a requisitos mínimos de armazenamento, o gravador cirúrgico dedicado oferece maior integridade dos dados e estabilidade operacional, reduzindo significativamente o risco de falhas ou perda de imagens.

Ressaltamos que os gravadores cirúrgicos apresentam memória interna, permitindo a retenção temporária dos vídeos em situações de falha do dispositivo externo (pen drive / HD). Além disso, contam com mecanismos de retenção de energia de curto prazo, evitando a perda de dados em casos de interrupção inesperada da alimentação elétrica.

Diante disso, sugerimos a seguinte redação:

**"Sistema deve contar com gravador cirúrgico dedicado grau médico, com capacidade de gravação de vídeos em resolução Full HD ou superior, com possibilidade de exportação para dispositivos de armazenamento externo (pen-drives ou HDs externos), dispondo de memória interna para armazenamento temporário."**

A inclusão deste requisito visa fortalecer a robustez, a segurança e a continuidade do registro dos procedimentos, especialmente em cirurgias que demandam documentação precisa e ininterrupta.

**Deverá seguir conforme o referencial técnico.**

**Adicionalmente**, aproveitamos a oportunidade para solicitar informação referente à situação da IDC nº 520846. No GTPLAN, o processo consta como encerrado. Gentileza informar se a IDC será reaberta ou se haverá nova publicação e lançamento de nova IDC.

Por fim, diante do exposto, solicitamos o entendimento quanto à possibilidade de participação neste processo considerando as condições acima apresentadas.

Aguardamos o acolhimento tempestivo do presente esclarecimento.

**"A IDC permanece ativa, com encerramento programado para o dia 23/12/2025 às 17h. O processo foi temporariamente finalizado para ajustes operacionais, sendo prevista sua reativação subsequente."**

## **Glaucio de Oliveira Chaves**

Engenharia Clínica

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 99207-2480

Ramal (31) 3299-8520

www.mariopenna.org.br



*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.*

**De:** Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 09:20

**Para:** Glaucio de Oliveira Chaves <glaucio.chaves@mariopenna.org.br>

**Cc:** Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Assunto:** ENC: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Glaucio, bom dia!!

Segue pedido de esclarecimento da empresa STRATTNER, referente ao SEI 25.1.00000030-2, aquisição de sistema de videolaparoscopia.

Atenciosamente,

**Flávia Marinho Baldan**

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

www.mariopenna.org.br



**SE TEM SOL TEM QUE TER PROTEÇÃO**

\* CUIDADO E FILTRO SOLAR: USE O ANO INTEIRO. \*

DEZEMBRO  
**LARANJA**  
MARIO PENNA

Instituto Mário Penna

f i+ in institutomariopenna • DOE: ☎ 0800 039 1441 • mariopenna.org.br • Leia o QR Code e saiba mais.

*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*

**De:** Aline Araujo Vasconcelos <aline.vasconcelos@strattner.com.br>

**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 08:39

**Para:** Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Cc:** Strattner - Licitações <licitacoes@strattner.com.br>; Juscilene Cordeiro da Rocha <juscilene.cordeiro@strattner.com.br>; Juliana Rezende de Almeida <juliana.rezende@strattner.com.br>

**Assunto:** STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Prezados, bom dia.

Após análise do descritivo do Edital SEI nº 25.1.0000007-8/2025 – IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia), solicitamos o seguinte pedido de esclarecimento:

**Edital solicita:**

*"Permite a gravação de imagens e porta USB para transferência das mesmas."*

**Esclarecimento:**

Considerando a relevância da segurança, rastreabilidade e confiabilidade no processo de gravação de procedimentos cirúrgicos, solicitamos a inclusão de um item específico que trate da funcionalidade de gravação por meio de **gravador cirúrgico dedicado**. Embora a gravação direta via porta USB atenda a requisitos mínimos de armazenamento, o gravador cirúrgico dedicado oferece maior integridade dos dados e estabilidade operacional, reduzindo significativamente o risco de falhas ou perda de imagens.

Ressaltamos que os gravadores cirúrgicos apresentam memória interna, permitindo a retenção temporária dos vídeos em situações de falha do dispositivo externo (pen drive / HD). Além disso, contam com mecanismos de retenção de energia de curto prazo, evitando a perda de dados em casos de interrupção inesperada da alimentação elétrica.

Diante disso, sugerimos a seguinte redação:

**"Sistema deve contar com gravador cirúrgico dedicado grau médico, com capacidade de gravação de vídeos em resolução Full HD ou superior, com possibilidade de exportação para dispositivos de armazenamento externo (pen-drives ou HDs externos), dispondo de memória interna para armazenamento temporário."**

A inclusão deste requisito visa fortalecer a robustez, a segurança e a continuidade do registro dos procedimentos, especialmente em cirurgias que demandam documentação precisa e ininterrupta.

**Adicionalmente**, aproveitamos a oportunidade para solicitar informação referente à situação da IDC nº 520846. No GTPLAN, o processo consta como encerrado. Gentileza informar se a IDC será reaberta ou se haverá nova publicação e lançamento de nova IDC.

Por fim, diante do exposto, solicitamos o entendimento quanto à possibilidade de participação neste processo considerando as condições acima apresentadas.

Aguardamos o acolhimento tempestivo do presente esclarecimento.

Atenciosamente.

**Aline Vasconcelos**

Analista de licitações

Bids Analyst

0800 0211 300

Ramal: 2336



**Strattner**



---

**ENC: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI N° 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)**

---

De Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

Data Qui, 11/12/2025 07:21

Para Aline Araujo Vasconcelos <aline.vasconcelos@strattner.com.br>

Cc Strattner - Licitações <licitacoes@strattner.com.br>; Juscilene Cordeiro da Rocha <juscilene.cordeiro@strattner.com.br>; Juliana Rezende de Almeida <juliana.rezende@strattner.com.br>; Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

Bom dia!!

Segue o retorno a cerca do pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

### Flávia Marinho Baldan

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

www.mariopenna.org.br

DEZEMBRO  
**LARANJA**  
MÁRIO PENNA

\* CUIDADO E FILTRO SOLAR: USE O ANO INTEIRO. \*

Instituto Mário Penna

f i+ in institutomariopenna • DOE: ☎ 0800 039 1441 • mariopenna.org.br • Leia o QR Code e saiba mais.

*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei N° 13.709, de 14 de agosto de 2018*

---

De: Glaucio de Oliveira Chaves <glaucio.chaves@mariopenna.org.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 17:21

Para: Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

Cc: Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Assunto:** RE: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Seguem as respostas em vermelho:

Em atenção às exigências do edital referentes aos prazos máximos para prestação de serviços de Suporte Técnico local — sendo **2 horas corridas para o Primeiro Atendimento (remoto ou telefone)** e **até 24 horas úteis corridas para o Atendimento In Loco**. Solicitamos o presente esclarecimento quanto à aplicabilidade desses prazos para o equipamento Torre de Vídeo.

Por determinação contratual da fabricante, informamos que todos os reparos, intervenções técnicas e diagnósticos definitivos devem ser realizados exclusivamente no Centro de Reparos oficial, localizado em nossa Filial de São Paulo. Assim, sempre que houver falha, o equipamento, ou seus módulos individualmente, deve ser enviado obrigatoriamente ao Centro de Reparos para execução do serviço.

Dessa forma, considerando o processo logístico de envio e retorno dos equipamentos, os prazos definidos no edital para atendimento in loco não se tornam factíveis, uma vez que não é possível realizar reparos ou intervenções técnicas fora do Centro autorizado.

Diante disso, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de considerar o início da contagem do SLA apenas a partir da chegada do equipamento ao Centro de Reparos, desconsiderando o tempo de logística (transporte de ida e volta), por se tratar de etapa externa ao processo técnico propriamente dito.

Esclarecemos ainda que o SLA aplicável aos nossos serviços considera dias úteis, em horário comercial, excluindo finais de semana e feriados.

Permanecemos à disposição para qualquer informação adicional que se fizer necessária.

**Não será aceito. Deverá seguir o prazo do referencial técnico.**

## Glaucio de Oliveira Chaves

Engenharia Clínica

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 99207-2480

Ramal (31) 3299-8520

[www.mariopenna.org.br](http://www.mariopenna.org.br)

Campanha de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. JULHO VERDE MÁRIO PENNA

NÃO DEIXE O CÂNCER INTERROMPER SUA HISTÓRIA.

Instituto Mário Penna

@institutomariopenna

LEIA O QR CODE E SAIBA MAIS

*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.*

**De:** Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 15:19  
**Para:** Glaucio de Oliveira Chaves <glaucio.chaves@mariopenna.org.br>  
**Cc:** Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>  
**Assunto:** ENC: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Glaucio, boa tarde!!

Segue novo pedido de esclarecimento da empresa STRATTNER.

At.te;

### Flávia Marinho Baldan

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

www.mariopenna.org.br

**SE TEM SOL TEM QUE TER PROTEÇÃO**

\* CUIDADO E FILTRO SOLAR: USE O ANO INTEIRO. \*

Instituto Mário Penna

institutomariopenna · DOE: ☎ 0800 039 1441 · mariopenna.org.br · Leia o QR Code e saiba mais.

*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*

**De:** Aline Araujo Vasconcelos <aline.vasconcelos@strattner.com.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 14:48  
**Para:** Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>  
**Cc:** Strattner - Licitações <licitacoes@strattner.com.br>; Juscilene Cordeiro da Rocha <juscilene.cordeiro@strattner.com.br>; Juliana Rezende de Almeida <juliana.rezende@strattner.com.br>; Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>  
**Assunto:** RES: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Sra. Flavia.

Agradeço o envio da resposta.

Encaminhamento complementar ao pedido de esclarecimento.

Em atenção às exigências do edital referentes aos prazos máximos para prestação de serviços de Suporte Técnico local — sendo **2 horas corridas para o Primeiro Atendimento (remoto ou telefone)** e **até 24 horas úteis corridas para o Atendimento In Loco**. Solicitamos o presente esclarecimento quanto à aplicabilidade desses prazos para o equipamento Torre de Vídeo.

Por determinação contratual da fabricante, informamos que todos os reparos, intervenções técnicas e diagnósticos definitivos devem ser realizados exclusivamente no Centro de Reparos oficial, localizado em nossa Filial de São Paulo. Assim, sempre que houver falha, o equipamento, ou seus módulos individualmente, deve ser enviado obrigatoriamente ao Centro de Reparos para execução do serviço.

Dessa forma, considerando o processo logístico de envio e retorno dos equipamentos, os prazos definidos no edital para atendimento in loco não se tornam factíveis, uma vez que não é possível realizar reparos ou intervenções técnicas fora do Centro autorizado.

Diante disso, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de considerar o início da contagem do SLA apenas a partir da chegada do equipamento ao Centro de Reparos, desconsiderando o tempo de logística (transporte de ida e volta), por se tratar de etapa externa ao processo técnico propriamente dito.

Esclarecemos ainda que o SLA aplicável aos nossos serviços considera dias úteis, em horário comercial, excluindo finais de semana e feriados.

Permanecemos à disposição para qualquer informação adicional que se fizer necessária.

Atenciosamente.

**Aline Vasconcelos**

Analista de licitações

Bids Analyst

0800 0211 300

Ramal: 2336

The logo for Strattner, featuring the word "Strattner" in a bold, blue, sans-serif font.

---

**De:** Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

**Enviada em:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 14:24

**Para:** Aline Araujo Vasconcelos <aline.vasconcelos@strattner.com.br>

**Cc:** Strattner - Licitações <licitacoes@strattner.com.br>; Juscilene Cordeiro da Rocha

<juscilene.cordeiro@strattner.com.br>; Juliana Rezende de Almeida <juliana.rezende@strattner.com.br>;

Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Assunto:** ENC: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Geralmente, você não recebe emails de [flavia.marinho@mariopenna.org.br](mailto:flavia.marinho@mariopenna.org.br). [Saiba por que isso é importante](#)

Aline, boa tarde!!

Segue o retorno a cerca do pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

**Flávia Marinho Baldan**

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

[www.mariopenna.org.br](http://www.mariopenna.org.br)

SE TEM SOL TEM QUE TER PROTEÇÃO

\* CUIDADO E FILTRO SOLAR: USE O ANO INTEIRO. \*

DEZEMBRO LARANJA MARIO PENNA

Instituto Mário Penna

f i+ in institutomariopenna • DOE: 0800 039 1441 • mariopenna.org.br • Leia o QR Code e saiba mais.

Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei N° 13.709, de 14 de agosto de 2018

**De:** Glaucio de Oliveira Chaves <[glaucio.chaves@mariopenna.org.br](mailto:glaucio.chaves@mariopenna.org.br)>

**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 14:08

**Para:** Flavia Marinho <[flavia.marinho@mariopenna.org.br](mailto:flavia.marinho@mariopenna.org.br)>

**Cc:** Compras Teofilo Otoni <[compras.to@mariopenna.org.br](mailto:compras.to@mariopenna.org.br)>

**Assunto:** RE: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI N° 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Seguem as respostas em vermelho:

Prezados, bom dia.

Após análise do descritivo do Edital SEI nº 25.1.0000007-8/2025 – IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia), solicitamos o seguinte pedido de esclarecimento:

**Edital solicita:**

*"Permite a gravação de imagens e porta USB para transferência das mesmas."*

**Esclarecimento:**

Considerando a relevância da segurança, rastreabilidade e confiabilidade no processo de gravação de procedimentos cirúrgicos, solicitamos a inclusão de um item específico que trate da funcionalidade de gravação por meio de **gravador cirúrgico dedicado**. Embora a gravação direta via porta USB atenda a requisitos mínimos de armazenamento, o gravador cirúrgico dedicado oferece maior integridade dos dados e estabilidade operacional, reduzindo significativamente o risco de falhas ou perda de imagens.

Ressaltamos que os gravadores cirúrgicos apresentam memória interna, permitindo a retenção temporária dos vídeos em situações de falha do dispositivo externo (pen drive / HD). Além disso, contam com mecanismos de retenção de energia de curto prazo, evitando a perda de dados em casos de interrupção inesperada da alimentação elétrica.

Diante disso, sugerimos a seguinte redação:

**“Sistema deve contar com gravador cirúrgico dedicado grau médico, com capacidade de gravação de vídeos em resolução Full HD ou superior, com possibilidade de exportação para dispositivos de armazenamento externo (pen-drives ou HDs externos), dispondo de memória interna para armazenamento temporário.”**

A inclusão deste requisito visa fortalecer a robustez, a segurança e a continuidade do registro dos procedimentos, especialmente em cirurgias que demandam documentação precisa e ininterrupta.

**Deverá seguir conforme o referencial técnico.**

**Adicionalmente**, aproveitamos a oportunidade para solicitar informação referente à situação da IDC nº 520846. No GTPLAN, o processo consta como encerrado. Gentileza informar se a IDC será reaberta ou se haverá nova publicação e lançamento de nova IDC.

Por fim, diante do exposto, solicitamos o entendimento quanto à possibilidade de participação neste processo considerando as condições acima apresentadas.

Aguardamos o acolhimento tempestivo do presente esclarecimento.

**“A IDC permanece ativa, com encerramento programado para o dia 23/12/2025 às 17h. O processo foi temporariamente finalizado para ajustes operacionais, sendo prevista sua reativação subsequente.”**

## Glaucio de Oliveira Chaves

Engenharia Clínica

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 99207-2480

Ramal (31) 3299-8520

[www.mariopenna.org.br](http://www.mariopenna.org.br)



*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.*

**De:** Flavia Marinho <[flavia.marinho@mariopenna.org.br](mailto:flavia.marinho@mariopenna.org.br)>

**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 09:20

**Para:** Glaucio de Oliveira Chaves <[glaucio.chaves@mariopenna.org.br](mailto:glaucio.chaves@mariopenna.org.br)>

**Cc:** Compras Teofilo Otoni <[compras.to@mariopenna.org.br](mailto:compras.to@mariopenna.org.br)>

**Assunto:** ENC: STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI Nº 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Glaucio, bom dia!!

Segue pedido de esclarecimento da empresa STRATTNER, referente ao SEI 25.1.000000030-2, aquisição de sistema de videolaparoscopia.

Atenciosamente,

### Flávia Marinho Baldan

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

[www.mariopenna.org.br](http://www.mariopenna.org.br)



*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O Instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei N° 13.709, de 14 de agosto de 2018*

**De:** Aline Araujo Vasconcelos <[aline.vasconcelos@strattner.com.br](mailto:aline.vasconcelos@strattner.com.br)>

**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 08:39

**Para:** Compras Teofilo Otoni <[compras.to@mariopenna.org.br](mailto:compras.to@mariopenna.org.br)>

**Cc:** Strattner - Licitações <[licitacoes@strattner.com.br](mailto:licitacoes@strattner.com.br)>; Juscilene Cordeiro da Rocha

<[juscilene.cordeiro@strattner.com.br](mailto:juscilene.cordeiro@strattner.com.br)>; Juliana Rezende de Almeida <[juliana.rezende@strattner.com.br](mailto:juliana.rezende@strattner.com.br)>

**Assunto:** STRATTNER- Pedido de esclarecimento- SEI N° 25.1.0000007-8/2025 , IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia)

Prezados, bom dia.

Após análise do descritivo do Edital SEI nº 25.1.0000007-8/2025 – IDC: 520846 (Sistema de Videolaparoscopia), solicitamos o seguinte pedido de esclarecimento:

**Edital solicita:**

*"Permite a gravação de imagens e porta USB para transferência das mesmas."*

**Esclarecimento:**

Considerando a relevância da segurança, rastreabilidade e confiabilidade no processo de gravação de procedimentos cirúrgicos, solicitamos a inclusão de um item específico que trate da funcionalidade de gravação por meio de **gravador cirúrgico dedicado**. Embora a gravação direta via porta USB atenda a requisitos mínimos de armazenamento, o gravador cirúrgico dedicado oferece maior integridade dos dados e estabilidade operacional, reduzindo significativamente o risco de falhas ou perda de imagens.

Ressaltamos que os gravadores cirúrgicos apresentam memória interna, permitindo a retenção temporária dos vídeos em situações de falha do dispositivo externo (pen drive / HD). Além disso,

contam com mecanismos de retenção de energia de curto prazo, evitando a perda de dados em casos de interrupção inesperada da alimentação elétrica.

Diante disso, sugerimos a seguinte redação:

**“Sistema deve contar com gravador cirúrgico dedicado grau médico, com capacidade de gravação de vídeos em resolução Full HD ou superior, com possibilidade de exportação para dispositivos de armazenamento externo (pen-drives ou HDs externos), dispondo de memória interna para armazenamento temporário.”**

A inclusão deste requisito visa fortalecer a robustez, a segurança e a continuidade do registro dos procedimentos, especialmente em cirurgias que demandam documentação precisa e ininterrupta.

**Adicionalmente**, aproveitamos a oportunidade para solicitar informação referente à situação da IDC nº 520846. No GTPLAN, o processo consta como encerrado. Gentileza informar se a IDC será reaberta ou se haverá nova publicação e lançamento de nova IDC.

Por fim, diante do exposto, solicitamos o entendimento quanto à possibilidade de participação neste processo considerando as condições acima apresentadas.

Aguardamos o acolhimento tempestivo do presente esclarecimento.

Atenciosamente.

**Aline Vasconcelos**


Analista de licitações

Bids Analyst

0800 0211 300

Ramal: 2336

The logo for Strattner, featuring the word "Strattner" in a bold, blue, sans-serif font. A small green horizontal bar is positioned above the letter "t" in "Strattner".



---

**ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Processo para a compra Torre de video SEI Nº 25.1.0000007-8/2025**

---

De Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>  
Data Seg, 15/12/2025 11:35  
Para yasmim.meireles@bbraun.com <yasmim.meireles@bbraun.com>  
Cc Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Flávia Marinho Baldan**

Compradora  
Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG  
(31) 3299-9000 - Ramal 8610  
WhatsApp (31) 98661-4368  
www.mariopenna.org.br

SE TEM SOL TEM QUE TER PROTEÇÃO

\* GUIDADO E FILTRO SOLAR: USE O ANO INTEIRO. \*

Instituto Mário Penna

f @ + in institutomariopenna • DOE: ☎ 0800 039 1441 • mariopenna.org.br • Leia o QR Code e saiba mais.

*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*

---

**De:** Glaucio de Oliveira Chaves <glaucio.chaves@mariopenna.org.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 10:59  
**Para:** Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>  
**Cc:** Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>  
**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Processo para a compra Torre de video SEI Nº 25.1.0000007-8/2025

Bom dia Flávia,

Seguem as respostas abaixo do questionamento:  
Solicitamos esclarecimento quanto a necessidade de a torre solicitada ser em 4K.

Questionamos se há a possibilidade de aceitarem também torres em 3D e Full HD.  
**DEVE SEGUIR O REFERENCIAL TÉCNICO**

Obter o [Outlook para iOS](#)

**De:** Flavia Marinho <flavia.marinho@mariopenna.org.br>

**Enviado:** Monday, December 15, 2025 10:33:19 AM

**Para:** Glaucio de Oliveira Chaves <glaucio.chaves@mariopenna.org.br>

**Cc:** Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Assunto:** ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Processo para a compra Torre de video SEI Nº 25.1.0000007-8/2025

Glaucio, bom dia!!

Segue pedido de esclarecimento da empresa Bbraun, referente ao SEI 25.1.000000007-8, aquisição de sistema de videolaparoscopia.

Atenciosamente,

### Flávia Marinho Baldan

Compradora

Rua Joaquim Cândido Filho, 91, Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

(31) 3299-9000 - Ramal 8610

WhatsApp (31) 98661-4368

[www.mariopenna.org.br](http://www.mariopenna.org.br)

SE TEM SOL TEM QUE TER PROTEÇÃO

\* CUIDADO E FILTRO SOLAR: USE O ANO INTEIRO. \*

INSTITUTO MÁRIO PENNA

institutomariopenna • DOE: 0800 039 1441 • mariopenna.org.br • Leia o QR Code e saiba mais.

*Esta mensagem contém informações confidenciais de responsabilidade exclusiva dos intervenientes. O instituto Mário Penna está comprometido com a proteção de dados pessoais e sensíveis compartilhados pelos usuários. A Política de Proteção de Dados define como os dados são tratados, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*

**De:** Yasmim Meireles <yasmim.meireles@bbraun.com>

**Enviado:** segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 10:10

**Para:** Compras Teofilo Otoni <compras.to@mariopenna.org.br>

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Processo para a compra Torre de video SEI Nº 25.1.0000007-8/2025

Prezados, bom dia!

Solicitamos esclarecimento quanto a necessidade de a torre solicitada ser em 4K.

Questionamos se há a possibilidade de aceitarem também torres em 3D e Full HD.

Desde já agradecemos.

**Atenciosamente,**

**Yasmim Meireles**

**Telefone: (21) 2602-3510**

**E-mail: [yasmim.meireles@bbraun.com](mailto:yasmim.meireles@bbraun.com)**

**Grupo B. Braun**

**Gerência de Operações Comerciais Integradas & Gestão de Ativos**

**Operações de Vendas Públicas**

Laboratórios B Braun S.A.

**BBRAUN**

Av. Eugênio Borges, 1092 - Arsenal

São Gonçalo – RJ | Brasil

CEP 24751-000

Central de Relacionamento: 0800 227 286 (opção 2)

E-mail: [suporteaocliente@bbraun.com](mailto:suporteaocliente@bbraun.com)

[www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

[www.facebook.com/bbraunbrasil](https://www.facebook.com/bbraunbrasil)

---

Como um verdadeiro parceiro, desenvolvemos soluções inteligentes e definimos padrões para impulsionar avanços na área da saúde.

B. Braun - Sharing Expertise

---

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.